平成 21 年 12 月 7 日

お客様各位

「モリナガ FASPEK 卵測定キット」取扱説明書　誤表記のお詫び

株式会社　森永生科学研究所

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品に格別のご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。

さて、モリナガ FASPEK 卵測定キットの取扱説明書（第 4 版）に誤りがありましたので、下記のように訂正いたします。お客様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

謹白

―記―

11 ページ＜測定のフローチャート＞（一次反応）中

誤	□洗浄（250～3000μL/ウェル、6 回）
正	□洗浄（250～300μL/ウェル、6 回）

（連絡先）
株式会社　森永生科学研究所　営業部
電話番号：045-791-7673（代表）
e-mail：info@miobs.com